

梶井町放射線診断科クリニック

1.5テスラMRI装置更新のお知らせとお願い

前略

先生方におかれましては、平素よりMRI・CT検査のご予約を賜りまして誠にありがとうございます。

当院では、MRI2台(3テスラ・1.5テスラ)および80列マルチスライスCT 1台の体制で検査を実施しておりますが、今回1.5テスラMRI装置の更新を下記の日程で実施いたします。工事期間中は3テスラMRI 1台での運用となり、予約枠の減少等によりご不便をおかけいたしますが、出来る限りの対応をさせていただきますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

更新後は新機種による患者様の負担軽減に加え、より診療に役立つ高品質の画像とレポートの提供をさらに目指す所存ですので、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

草々

記

更新工事期間: 令和6(2024)年8月3日(土)~9月7日(土) 予定

- 更新工事期間中は3テスラMRI 1台体制となりますので、検査枠が減少いたします。
- 1.5テスラMRIでしか実施できない検査がありますので、別紙参照をお願いします。
- 上記以外の検査は基本的に3テスラMRIで検査可能です。
- 工事期間中の既に予約済の1.5テスラMRIでしか実施できない検査につきましては、こちらから連絡させていただきます。
- ご不明な点につきましては、下記までお電話、電子メールでお問い合わせください。

梶井町放射線診断科クリニック
所長 伊藤 博敏

京都市上京区河原町通今出川下る梶井町475
TEL 075-950-5751 FAX 075-950-5753
電子メール kajiicho.clinic@gmail.com
担当 事務 小川

梶井町放射線診断科クリニック 1.5テスラMRI更新工事

【期間:令和6(2024)年8月3日(土)~9月7日(土)予定】

期間中 対応出来ないもの (ご不明な場合は電話にてご相談ください)

乳房、胎児、心臓検査及び3テスラ非対応の体内インプラント(金属)を有する方

*乳房MRI:3テスラ装置に乳房用専用コイルがないため検査できません

*胎児MRI:3テスラで撮像は可能ですが、画質の劣化が想定されるため(どうしても必要な場合はご相談ください)

*心臓MRI:ソフトウェアの関係上、3テスラ装置で一部撮像ができないため(どうしても必要な場合はご相談ください)

*体内インプラント(金属)は、刺激電極などが3テスラ非対応です。予約時にご相談ください

上記以外は、基本的に1.5テスラMRIで実施していた検査内容は、3テスラMRIで実施可能です。

(問い合わせ先)

梶井町放射線診断科クリニック
京都市上京区河原町通今出川下る梶井町475
TEL 075-950-5751 FAX 075-950-5753
電子メール kajiicho.clinic@gmail.com
担当 事務 小川